



МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
(Росстандарт)

П Р И К А З

21 ноября 2023 г.

№ 2421

Москва

О внесении изменений в рекомендуемые предельные значения интервалов между поверками средств измерений, утвержденные приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 2 июля 2019 г. № 1502

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», частью 5.4.13 подпункта 5.4 пункта 5 главы II Положения о Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 г. № 294 «О Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии», а также в целях осуществления единого подхода при реализации приказа Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 2 июля 2019 г. № 1502 «Об утверждении рекомендуемых предельных значений интервалов между поверками средств измерений» п р и к а з ы в а ю:

Внести изменения в рекомендуемые предельные значения интервалов между поверками средств измерений, утвержденные приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 2 июля 2019 г. № 1502 «Об утверждении рекомендуемых предельных значений интервалов между поверками средств измерений» (с изменениями, внесенными приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 октября 2022 г. № 2673), согласно приложению к настоящему приказу.

Руководитель

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 3581AA9F5E0B3C348ADD4D25C46AACF5
Кому выдан: Шалаев Антон Павлович
Действителен: с 14.12.2022 до 08.03.2024

А.П.Шалаев

УТВЕРЖДЕНЫ
к приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «21» ноября 2023 г. № 2421

**Изменения,
вносимые в рекомендуемые предельные значения интервалов между
поверками средств измерений, утвержденные приказом
Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии от 2 июля 2019 г. № 1502**

1. Раздел «Измерения механических величин» дополнить пунктами 72 и 73 следующего содержания:

«

72	Весы автоматические дискретного действия для суммарного учета	1 год
73	Весы вагонные автоматические	1 год

».

2. Раздел «Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ» дополнить пунктами 24, 25 и 26 следующего содержания:

«

24	Установки измерительные сепарационные многофазных потоков	4 года
25	Преобразователи измерительные количества и интенсивности атмосферных осадков, в том числе: датчики, измерители и преобразователи осадков, осадкомеры, дисдрометры, каналы измерительных систем количества и интенсивности атмосферных осадков	2 года
26	Преобразователи измерительные дистанционного зондирования скорости воздушного потока, в том числе:	
	- преобразователи измерительные дистанционного зондирования скорости воздушного потока акустические: содары, профилометры ветровые;	2 года
	- преобразователи измерительные дистанционного зондирования скорости воздушного потока лазерные: лидары, профилометры ветровые;	2 года
	- преобразователи измерительные дистанционного зондирования скорости воздушного потока радиолокационные	3 года

».

3. В разделе «Измерения давления, вакуумные измерения» пункт 26 признать утратившим силу.

4. В разделе «Теплофизические и температурные измерения» внести следующие изменения и дополнения:

а) пункт 13 изложить в следующей редакции:

«

13	Пирометры (термометры инфракрасные, термометры радиационные (бесконтактные))	1 год
----	--	-------

»;

б) дополнить пунктом 35 следующего содержания:

«

35	Термометры медицинские инфракрасные	1 год
----	-------------------------------------	-------

».

5. В разделе «Измерения характеристик ионизирующих излучений и ядерных констант» пункт 4 изложить в следующей редакции:

«

4	Средства измерений дозы (мощности дозы): экспозиционной дозы, поглощающей дозы в воздухе, в воде, в ткани; эквивалента дозы (амбиентного, направленного, индивидуального); кермы в воздухе, мощности кермы в воздухе	1 год
---	--	-------

».

6. В разделе «Биологические и медицинские измерения» внести следующие изменения и дополнения:

а) пункт 25 изложить в следующей редакции:

«

25	- приборы для неинвазивного измерения артериального давления крови механические;	1 год
	- приборы для неинвазивного измерения артериального давления крови и частоты пульса электронные	2 года

»;

б) дополнить пунктом 40 следующего содержания:

«

40	приборы для инвазивного измерения давления крови	1 год
----	--	-------

».